

CERTIFICAT D'ETALONNAGE ISO 6789

CALIBRATION CERTIFICATE ISO 6789

KALIBRIERSCHEIN ISO 6789

CERTIFICADO DE CALIBRACION ISO 6789

CERTIFICATO DI TARATURA ISO 6789

CERTYFIKAT KALIBRACJI ISO 6789

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ISO 6789

N° T 2016 1212 0006

INSTRUMENT VERIFIE

INSTRUMENT TESTED / GEPRÜFTES WERKZEUG / INSTRUMENTO VERIFICADO / STRUMENTO VERIFICATO / TESTOWANE NARZĘDZIE / INSTRUMENTO VERIFICADO

Désignation : Torque Wrench

Designation / Bezeichnung / Designación / Descrizione / Nazwa / Descrição

Référence : E100105

Reference / Art.-Nr. / Referencia / Articolo / Art.-Nr / Referência

N° de série : 16W530006

Serial number / Serien-Nr. / N° de serie / Numero di serie / Nr serii / N° de série

Marque : EXPERT

Brand / Marke / Marca / Marca / Marka / Marca

Capacité : 5-25Nm

Capacity / Messbereich / Capacidad / Capacità / Zakres / Capacidade

Couple de réglage (N.m) Selected torque (N.m.) Einstellmoment (N.m.) Par de reglaje (N.m.) Coppia impostata (N.m.) Moment nastawiony (N.m.) Binário de aperto (N.m.)	Valeurs relevées pour le sens serrage à droite Torque values measured clockwise Abgelesene Angaben gemessen im Uhrzeigersinn Indicaciones dadas a la derecha: sentido apriete Valori di coppia rilevati - Senso di applicazione "Destro" Zmierzona wartość; dokręcanie w prawo Indicações para o aperto em sentido horário					Moyenne Average Durchschnitt Media Media Średnia Média
	5	15	25	5	15	
	5.10	5.07	5.06	5.04	5.03	5.06
	-1.96%	-1.38%	-1.19%	-0.79%	-0.60%	-1.19%
	14.76	14.75	14.75	14.75	14.76	14.75
	1.63%	1.69%	1.69%	1.69%	1.63%	1.67%
	25.34	25.33	25.30	25.30	25.27	25.31
	-1.34%	-1.30%	-1.19%	-1.19%	-1.07%	-1.22%

Appareil de mesure : 110905014

Measuring instrument / Messinstrument / Aparato de medición / Strumento di taratura / Aparatura pomiarowa / Aparelho de medição

Incertitude : 1%

Uncertainty / Unsicherheit / Incertidumbre / Incertezza / Niepewność (Błqđ) / Precisão

Référence de la procédure utilisée : ISO6789 :2003

Standard to which the test procedure conforms / Bezugsnorm des angewendeten Verfahrens / Referencia del procedimiento utilizado / Riferimento de la procedura utilizzata / Standard zastosowanej procedury / Referência do procedimento operacional:

L'instrument vérifié satisfait à la classe de précision : ±4%

The tested instrument meets the accuracy class

Das überprüfte Werkzeug entspricht der Genauigkeitsklasse

El instrumento verificado corresponde a la clase de precisión

Lo strumento verificato soddisfa la classe di precisione

Testowane urządzenie spełnia klasę dokładności

O instrumento verificado corresponde à classe de precisão

Vérification réalisée par :

Nick

Control done by

Prüfung durchgeführt von

Verificación efectuada por

Taratura effettuata da

Weryfikację przeprowadził

Verificado por

Date de la vérification : 12/12/2016

Date of issue / Datum der Prüfung / Fecha de la verificación

/ data verifica taratura / Data weryfikacji / Data da verificação

Date d'achat

Purchasing date / Kaufdatum / Fecha de compra /

Data di acquisto / Data zakupu / Data de compra

Tampon + signature distributeur

Stamp + signature dealer / Händler-Stempel +

Unterschrift / Sello + Firma distribuidor / Timbro +

Firma del rivendicatore / Pieczętka i podpis / Selo

e sinatura distribuidor